



Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Office of Legal Metrology of the state of Saxony (Germany)

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer 1285/2010

Number

Gegenstand nichtselbsttätige elektromechan. Straßenfahrzeugwaage, Gen.-Kl. III
Object Max = 50 000 kg Min = 400 kg e = 20 kg

Identifikation Typ: RAG 701.12 Serien-Nr. 81638

Identification

Hersteller A. S. T. Angewandte Systemtechnik GmbH

Manufacturer

Antragsteller Agrocent Venusberg GmbH

Applicant

Gelenauer Str. 19
09430 Venusberg

Prüfverfahren entsprechend Abschnitt 6 "Gesetzliches Messwesen-Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen" (GM-P9)

Test procedure

Ergebnis Die Anforderungen an die Beschaffenheit wurden erfüllt. Zum Zeitpunkt der Prüfung hielt die Waage die Eichfehlergrenzen gem. Eichordnung Anlage 9 ein.
Result

Ort und Datum der Eichung Venusberg, 2010-11-03

Place and date of verification

Gültigkeit der Eichung bis Ende 2013

This verification is valid until end of

Stempelzeichen

Marking



Die Gültigkeit der Eichung erlischt vorzeitig, wenn eine der in § 13 Absatz 1 der Eichordnung beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

The Validity of the verification has ceased to exist if one of the changes listed in § 13 section 1 of the Eichordnung has occurred.

Eichscheine ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Verification certificates without signature and official stamp are not valid. This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum

Place and date

Dienstsiegel



Unterschrift

Signature

W. Krüger
Wilfried Krüger
Amtsleiter

Chemnitz, 2010-11-04