



Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

State Enterprise of Metrology and Verification (Germany)

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer 2-0798/2016
Number

Gegenstand Nichtselbsttätige Waage der Genauigkeitsklasse III
Object RAG 701; Max = 50000 kg, Min = 400 kg, e = 20 kg

Identifikation 81638
Identification

Hersteller A.S.T. Angewandte SYSTEM-TECHNIK
Manufacturer

Antragsteller AGROCENT Landhandelsgesellschaft mbH
Applicant Gelenauer Str. 19
09430 Drebach

Prüfverfahren entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung "Gesetzliches Messwesen -
Test procedure Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen" - GM-P 9 NSW

Ergebnis Die Anforderungen des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) wurden erfüllt.
Result

Ort und Datum der Eichung Drebach, 2016-10-13
Place and date of verification

Ende der Eichfrist 2019-12-31
This verification is valid until

Kennzeichen
Marking



Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

The Validity of the verification has ceased to exist if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Eichscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Verification certificates without signature are not valid. This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum
Place and date

Chemnitz, 2016-10-17

Unterschrift
Signature

Thoralf Opätz
Amtsleiter